



21PROC008892083 2021-07-09

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Χανιά, 09-07-2021
Αρ. πρωτ. 12446
Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών
για απευθείας αναθέσεις ποσού έως και 2.500 € άνευ ΦΠΑ (άρθρα 118 και 120 ν. 4412/2016 όπως αυτά ισχύουν)

Αναθέτουσα αρχή	Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης
Γενικές πληροφορίες	danae.venieri@enveng.tuc.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας	2821037037 & 2821037040
E-mail για πληροφορίες επί της πρόσκλησης	mkountouraki@isc.tuc.gr & mkatsiouli@isc.tuc.gr
E-mail αποστολής προσφορών	danae.venieri@enveng.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «**Επιτόπια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων**», με ακρωνύμιο: ΔΙΑΝΥΑ με κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-02905, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82262, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια επιστημονικού οργάνου, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στο παράρτημα της παρούσας τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες.

Προϋπολογιζόμενο κόστος άνευ ΦΠΑ: 1.147,00 ευρώ

Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1.422,28 ευρώ

Ποσοστό ΦΠΑ: 24%

CPV και κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: 38000000-5 & 14-05

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας)

Χρόνος παράδοσης: 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της ανάρτησης της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας - Κ2.104

Τρόπος πληρωμής: πληρωμή μετά την παράδοση

Η πρόσκληση απευθύνεται στον οικονομικό φορέα:

(επωνυμία)	(διεύθυνση)	(στοιχεία επικοινωνίας: τηλ., e mail)
Cretachem - Κουβιδάκης Στέφανος	Μανώλη Αναγνωστάκη 9, 71304 Ηράκλειο	2810314145 info@cretachem.gr
METROLAB Π. ΚΑΠΕΤΗΣ Α.Ε.	Λεκάκη 3, 11524 Αθήνα	2106468840 info@metrolab.gr



ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Επισυνάπτονται οι προδιαγραφές του αντικειμένου της ανάθεσης:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΩΝ

- Να διαθέτει 5 θέσεις ανάδευσης, σε μία πλατφόρμα, με μία μόνο ηλεκτρική σύνδεση.
- Κάθε μαγνητικός αναδευτήρας να λειτουργεί ανεξάρτητα.
- Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανάδευσης, ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή.
- Να διαθέτει ομαλή και προοδευτική εκκίνηση για τη διατήρηση της μαγνητικής ζεύξης, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ταχύτητα.
- Να διαθέτει Ψηφιακή οθόνη LCD στην οποία να είναι εμφανής η επιλεγμένη ταχύτητα.
- Να διαθέτει μέγιστο όγκο ανάδευσης ανά θέση τουλάχιστον 2 L.
- Να διαθέτει ισχύ τουλάχιστον 9 W.
- Να διαθέτει Εύρος ταχύτητας (rpm) : 200-1200, με ανάλυση 100 rpm.
- Η πλάκα ανάδευσης να είναι κατασκευασμένη από Ανοξείδωτο ατσάλι AISI και να διαθέτει διάμετρο τουλάχιστον 110 mm.
- Να διαθέτει προστασία IP53.
- Να είναι εύκολη η ρύθμιση της ταχύτητας σε κάθε θέση.
- Οι επιλεγμένες παράμετροι να διατηρούνται στην μνήμη, ακόμα και αν το όργανο απενεργοποιηθεί.
- Να διαθέτει επιφάνεια που δεν χαράσσεται.